

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia PEACH 2 - inteligentnego rozwiązania, które pomoże Ci w usunięciu niepożądanych włosów, w zaciszu twojego domu. Zanim zaczniesz korzystać ze wszystkich zalet tej zaawansowanej technologii, poświęć kilka chwil na dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisany w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: PEACH™ 2 to urządzenie bez recepty przeznaczone do usuwania niechcianych włosów na ciele i/lub twarzy.

OBSZARY CIAŁA: PEACH™ 2 nadaje się do usuwania niepożądanych włosów z ciała oraz twarzy poniżej linii kości policzkowych.

ODCIEŃ SKÓRY: PEACH™ 2 jest odpowiednie do stosowania na jasnej, średniej i ciemnej karnacji, aż do odcienia skóry nr 5 (rysunek poniżej).



KOLOR WŁOSÓW: PEACH™ 2 jest odpowiednie do stosowania na naturalnie czarnych lub brązowych włosach. Może nie być tak skuteczny w przypadku siwych, blond lub rudych włosów.



OSTRZEŻENIA: ŻADNE MODYFIKACJE TEGO URZĄDZENIA NIE SĄ DOZWOLONE.

POZNAJ URZĄDZENIE PEACH™ 2

FUNKCJE

SKIN COOLING DUCTS

Delikatnie chłodzi skórę, zapewniając optymalny komfort podczas zabiegu.

9 cm² OKNO ZABIEGOWE

Energia IPL o wartości 7,3 J/cm² aby szybko i skutecznie usunąć włosy i zapobiec ich odrastaniu.

TARCZA OCHRONNA

Innowacyjna, silikonowa tarcza chroni oczy przed intensywnymi impulsami światła.

DOSTOSOWUJĄCA SIĘ GŁOWICA

Można ją zaginać, aby łatwo, równomiernie i komfortowo poddawać zabiegowi trudno dostępne zagłębienia i zakamarki ciała.

SYSTEM



CHŁODZĄCY SKÓRĘ

Zapewnia odpowiednią chłodną temperaturę urządzenia, by zabieg był optymalny.

WŁĄCZNIK LAMPY

Aktywuje lampę błyskową IPL. Naciśnij raz, aby włączyć STAMP MODE, lub przytrzymaj, aby włączyć GLIDE MODE.

PRZYCISKI PLUS I MINUS

Dostosuj intensywność zabiegu IPL do potrzeb Twojej skóry na każdym obszarze ciała.

LAMPKI KONTROLNE

Wskazują poziom intensywności IPL.



DEDYKOWANA APLIKACJA

Dostęp do personalizowanych zabiegów i przypomnień.

4 ADAPTERY WTYCZEK

Łatwe podłączenie i odłączenie od kabla zasilającego, do użytku w domu lub za granicą.

ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA

Utrzymuje Twoje urządzenie czyste i suche..

JAK DZIAŁA PEACH™ 2?

PEACH™ 2 został zaprojektowany tak, aby pomagać w przerwaniu cyklu wzrostu włosów. Urządzenie wysyła wiązkę światła o odpowiedniej długości w głąb skóry, która jest pochłaniana przez melaninę obecną w cebulce włosa. Zaabsorbowane impulsy świetlne są zamieniane w energię ciepłą (pod powierzchnią skóry), co powoduje uszkodzenie mieszka włosowego. Włosy poddane zabiegowi naturalnie wypadają w ciągu kilku dni, do 1-2 tygodni. Wzrost włosów jest cykliczny i przebiega w 3 odrębnych i następujących po sobie fazach. Zabieg IPL jest skuteczny tylko wtedy, gdy włosy znajdują się w określonej fazie (Anagen - faza wzrostu). Nie wszystkie włosy są w tej samej fazie w danym momencie, dlatego też należy stosować się do zalecanego schematu zabiegów, czyli 1 zabieg co 2 tygodnie, przez 12 tygodni.

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

Bezpośrednio po zabiegu nie powinny wystąpić żadne poważne skutki uboczne (Więcej informacji na temat skutków ubocznych znajduje się w części zatytułowanej "Skutki uboczne").

W ciągu kilku pierwszych tygodni po pierwszym zabiegu IPL, nadal mogą pojawić się nowe włosy. Są to zazwyczaj te, które w momencie wykonywania zabiegu nie znajdowały się w fazie wzrostu (tzw. faza anagen), kiedy to IPL działa najskuteczniej.

Po około 6 tygodniach od rozpoczęcia 12-tygodniowego programu powinno nastąpić zmniejszenie wzrostu włosów. Jednakże wiele włosów mogło nie być jeszcze poddane zabiegowi w fazie wzrostu. Należy pamiętać o tym, by zabiegi powtarzać co 2 tygodnie. Po ukończeniu 12-tygodniowego cyklu powinno nastąpić znaczne zmniejszenie ilości włosów w obszarze poddanym leczeniu. Wszelkie pozostałe włosy powinny być cieńsze i / lub jaśniejsze. Kontynuowanie zabiegów comiesięcznych lub dopasowanych cyklicznością do potrzeb powinno utrzymać redukcję niepożądanych włosów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECIWWSKAZANIA

NIE używaj urządzenia:

- jeśli Twoja skóra jest ciemniejsza niż kolor skóry nr 5 pokazany na powyższej tabeli odcieni skóry. Ponieważ ciemna skóra pochłania więcej energii świetlnej, zabieg na bardzo ciemnej skórze może powodować dyskomfort/ból i działania niepożądane (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny) oraz uszkadzać skórę.

- Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz mniej niż 18 lat, ponieważ to urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem swojej skuteczności w tych grupach osób.
- miałeś w przeszłości raka skóry lub zmiany przedrakowe (np. znamiona lub dużą liczbę pieprzyków).
- Twoja skóra była ostatnio sztucznie lub naturalnie opalona, lub jest poparzona w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce. Twoja skóra może być wrażliwa po ekspozycji na słońce i szczególnie podatna na skutki uboczne zabiegu IPL (np. oparzenie, pęcherze, przebarwienia lub blizny). Przed użyciem urządzenia należy odczekać 1 tydzień, aż oparzenia słoneczne lub opalenizna znikną.
- bezpośrednio na sutkach, genitaliach lub wokół odbytu. Obszary te mogą mieć ciemniejszy kolor skóry i/lub większą gęstość włosów. Używanie urządzenia w tych miejscach może powodować dyskomfort/ból lub zranienie (oparzenia, przebarwienia lub blizny) skóry.
- na pęcherzach, bliznach, ciemnobrązowych lub czarnych plamach, takich jak znamiona, pieprzyki lub brodawki znajdujące się w miejscu, które chcesz poddać zabiegowi. Urządzenie może uszkodzić skórę lub pogorszyć istniejące schorzenia, a pacjent może być szczególnie podatny na skutki uboczne działania IPL (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny).
- jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia skóry znajdujące się w miejscu, które chcesz poddać zabiegowi, w tym łuszczycę, bielactwo, egzemę, trądzik, opryszczkę zwykłą lub aktywne infekcje lub rany.

NIE wystawiaj miejsc poddanych zabiegowi na działanie promieni słonecznych. Przed ekspozycją skóry poddanej zabiegowi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych należy odczekać co najmniej 7 dni po zabiegu. Skóra po zabiegu IPL może być wyjątkowo wrażliwa i szczególnie podatna na oparzenia słoneczne. Zastosuj krem z filtrem (SPF 15 lub większy) na obszar poddany zabiegowi lub przykryj go odpowiednim ubraniem.

Jeśli nie jesteś pewien, czy to urządzenie jest bezpieczne dla Ciebie, skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem.

W przypadku regularnego i długotrwałego przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem w sprawie ich potencjalnego wpływu na wrażliwość skóry na światło.

OSTRZEŻENIA



BEZPIECZEŃSTWO OCZU

PEACH™ 2 emituje impulsy intensywnego światła pulsacyjnego. Bezpośrednia ekspozycja jest potencjalnie szkodliwa dla oczu. Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie poniższych środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE: Możliwe obrażenia oczu (potencjalnie prowadzące do utraty wzroku) lub skóry w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji.

Urządzenie może działać ("zabłysnąć") tylko wtedy, gdy jest w pełnym kontakcie ze skórą.

PAMIĘTAJ:

- nie należy patrzeć bezpośrednio w okno zabiegowe urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania i jest włączone.
- nie należy kierować urządzenia ("błyskać") w kierunku oka.
- nie stosować w miejscach wokół oka (brwi lub rzęsy). Nieprawidłowe stosowanie może prowadzić do uszkodzenia oka.
- nie należy używać urządzenia nad powiekami lub w pobliżu oka. Należy używać ("błyskać") urządzenia TYLKO WTEDY, gdy okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie z obszarem, który chcesz poddać leczeniu.

ZAŁECAMY, aby podczas wykonywania zabiegu na skórze ("błysku") odwrócić wzrok od urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy podjąć pewne środki ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

NIE WOLNO:

- próbować otwierać urządzenia, gdyż może to narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi.
- używać, jeśli urządzenie PEACH™ 2 jest uszkodzone; na przykład pęknięte urządzenie, uszkodzenie kabla (widoczne wewnętrzne przewody), pęknięte lub zbite szkło na urządzeniu itp. Może to spowodować obrażenia ciała.
- używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, nie należy go używać.
- używać, jeśli urządzenie staje się nieprzyjemnie gorące w dotyku. Może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone.
- używać zasilacza lub innych elementów, innych niż dołączone do urządzenia PEACH™ 2. Może to

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i spowodować, że przestanie ono działać.

- włączać ("błyskać") urządzenia na jakiegokolwiek powierzchni innej niż skóra.
- ustawiać urządzenie w sposób utrudniający odłączenie go od sieci zasilającej.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA:

- jeśli przeprowadzałeś wcześniej zabieg złuszczący skórę na obszarze, który chcesz poddać zabiegowi. Zaczekaj 30 dni po zabiegu złuszczącym przed przystąpieniem do zabiegu urządzeniem PEACH™ 2. Nie używaj urządzenia, jeśli skóra jest opalona - zabieg światłem IPL (Intense Pulsed Light) na opalonej skórze może prowadzić do trwałego przebarwienia (przyciemnienia) lub hipopigmentacji (rozjaśnienia) leczonej skóry.
- na obszarach, gdzie masz tatuaże lub permanentny makijaż.
- na obszarach z wypełniaczami lub botoksem.
- jeśli masz nadwrażliwość na słońce (fotouczulenie) lub przyjmujesz leki, które sprawiają, że skóra jest bardziej wrażliwa i powodują fotouczulenie, np. Retin A, Accutane i/lub inne retinoidy stosowane miejscowo. Zawsze sprawdź ulotkę informacyjną dołączonej do twojego leku, aby sprawdzić, czy fotouczulenie jest wymienione jako działanie niepożądane. Stosowanie urządzenia PEACH™ 2 na skórze uczulonej na światło może prowadzić do uszkodzenia skóry, takiego jak obrzęk lub pęcherze. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to potencjalnie zaszkodzić skórze. Urządzenie to nie jest przeznaczone do leczenia chorób. W przypadku na przykład znamion, wysypki skórnej, swędzącej skóry, grzybicy lub infekcji skóry, guzków skórnych lub znamion należy zasięgnąć porady lekarza.
- Nie dotykaj okna zabiegowego podczas lub bezpośrednio po użyciu. Regularnie sprawdzaj okno zabiegowe pod kątem uszkodzeń.
- Nie dotykaj wentylacji chłodzącej urządzenie (metalowej części) podczas lub bezpośrednio po użyciu.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli okno zabiegowe jest pęknięte lub go brakuje.
- Należy upewnić się, że okno zabiegowe jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na lub wokół okna zabiegowego podczas pracy mogą spowodować tymczasowe zmiany skórne, takie jak zaczerwienienie lub obrzęk.
- Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci nie powinny używać, bawić się, naprawiać ani czyścić urządzenia. Istnieje szereg

potencjalnych zagrożeń - ekspozycja na strumień światła powodująca oparzenia lub uszkodzenia oczu, porażenie prądem, uduszenie się kablami.

- Urządzenie powinno być przechowywane poza zasięgiem zwierząt domowych i szkodników, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Potencjalne zagrożenia obejmują zmniejszenie funkcjonalności i porażenie prądem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Okno zabiegowe urządzenia jest newralgicznym elementem, który nagrzewa się podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE:

- NIE WOLNO przekraczać czasu użytkowania określonego w zasadach terapii.
- Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu w jednym miejscu może dojść do uszkodzenia skóry. Unikać nadmiernego stosowania, które obejmuje zbyt dużą liczbę powtórzeń, kumulowanie błysków i/lub zwiększoną częstotliwość stosowania.
- Nie należy pomijać zabezpieczeń wbudowanych w urządzenie.

PRZECIWWSKAZANIA

- Usuwanie włosów za pomocą laserów lub intensywnych impulsów światła może powodować zwiększony wzrost włosów u niektórych osób. W oparciu o obecnie dostępne dane, grupami najwyższego ryzyka wystąpienia tej reakcji są kobiety o pochodzeniu śródziemnomorskim, bliskowschodnim i południowoazjatyckim.
- NIE używaj urządzenia na żadnym obszarze, na którym mógłbyś chcieć, aby włosy odrósły.
- NIE używaj na skórze głowy, brwiach lub w dowolnym miejscu w pobliżu lub wokół oczu. Stosowanie w tych miejscach może trwale uszkodzić oczy.
- NIE używaj urządzenia na męskiej twarzy, szczęce lub szyi. Włosy w okolicy brody mężczyzny są zbyt gęste i użycie urządzenia IPL w tych miejscach może spowodować uszkodzenie skóry.
- Urządzenie nie jest zalecane do stosowania na włosach rudych, siwych, jasnych lub blond. Nie jest ono skuteczne w przypadku tych kolorów włosów.

POTENCJALNE RYZYKO, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I REAKCJE SKÓRNE

SKUTKI UBOCZNE	JAK OCENIĆ I ZAREAGOWAĆ
----------------	-------------------------

Łagodny ból / dyskomfort w obszarze objętym zabiegiem	Jest to spodziewane i normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Możesz nadal używać urządzenia zgodnie z instrukcją, a ból powinien zmniejszyć się przy dalszym użytkowaniu.
Uczucie ciepła lub mrowienia podczas zabiegu, które zazwyczaj ustępuje po kilku sekundach do minuty i zmniejsza się przy dalszym stosowaniu.	Można się tego spodziewać i jest to normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Możesz nadal używać urządzenia zgodnie z instrukcją.
Swędzenie w miejscu poddanym zabiegowi.	Jest to dość powszechne w przypadku zabiegów IPL i powinno ustąpić po krótkim czasie. Można nadal używać urządzenia zgodnie z instrukcją. Nie należy drapać tego obszaru.
Zaczerwienienie skóry w trakcie lub po zabiegu, które znika w ciągu kilku minut.	Można się tego spodziewać i jest to normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Można kontynuować korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcją, gdy zaczerwienienie skóry zniknie.
Zaczerwienienie skóry, które nie znika w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 24-48 godzin.	Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i przed ponownym użyciem skonsultować się z lekarzem.
Ból lub dyskomfort, który jest intensywny podczas zabiegu lub utrzymuje się po zabiegu.	Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i przed ponownym użyciem skonsultować się z lekarzem.
W BARDZO RZADKICH PRZYPADKACH	JAK OCENIĆ I ZAREAGOWAĆ
Obrzęk i zaczerwienienie, które nie ustępują w ciągu dwóch do trzech dni.	Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i przed ponownym użyciem skonsultować się z lekarzem.
Tymczasowe zmiany koloru skóry (rozjaśnienie lub przyciemnienie).	W przypadku zmiany koloru skóry należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
Pęcherze, blizny lub pieczenie skóry.	Natychmiast zaprzestać używania urządzenia i przed ponownym użyciem skonsultować się z lekarzem. Zastosuj zimny okład na tym obszarze. Zastosuj środek antyseptyczny lub krem na oparzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

OSTRZEŻENIE: Wykonuj poszczególne kroki zgodnie z instrukcją, zanim przejdziesz dalej.

AKTYWUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem należy pobrać aplikację FOREO For You, aby aktywować i zarejestrować urządzenie. Możesz to zrobić skanując kod QR, który znajduje się z tyłu opakowania urządzenia lub w dołączonej do niego instrukcji.

DOSTOSUJ USTAWIENIA, ABY UZYSKAĆ OPTYMALNY EFEKT ZABIEGU

Po zarejestrowaniu urządzenia PEACH™ 2 za pośrednictwem aplikacji, będziesz mógł/mogła dostosować ustawienia, zgodnie z własnymi preferencjami.

PRZYGOTUJ SKÓRĘ DO ZABIEGU

Usuń wszelkie widoczne włosy na skórze przed użyciem urządzenia. Zalecamy golenie włosów na ciele i na twarzy dla uzyskania optymalnych rezultatów. Upewnij się, że włosy nie pozostają na powierzchni skóry, ponieważ może to spowodować obrażenia. Dzięki temu unikniesz również zabrudzenia przedniej części urządzenia zanieczyszczeniami. Oczyszcz obszar poddawany zabiegowi i osusz go.

WŁĄCZ URZĄDZENIE

Podłącz odpowiedni adapter wtyczki do kabla zasilającego. Następnie użyj kabla zasilającego, aby podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego. Urządzenie włączy się automatycznie. Możesz ustawić preferowany poziom intensywności za pomocą przycisków “+” i “-”.

UWAGA: Poziomy 1 - 3 w urządzeniu są przeznaczone dla wrażliwych obszarów oraz osób, które po raz pierwszy korzystają z urządzenia. Przy zmniejszonej intensywności, do uzyskania pożądanych efektów może być wymagana większa liczba zabiegów. Jeśli zabieg jest komfortowy, należy zwiększyć ustawienie o jeden poziom w zakresie intensywności zalecanej dla danego typu skóry.

PRÓBA UCZULENIOWA

Przed pierwszym zabiegami na każdym nowym obszarze ciała, **ZALECAMY** wykonanie testu skóry w tym obszarze pod kątem reakcji na urządzenie. Obszar testu punktowego powinien mieć wielkość około 3 cm x 3 cm (co odpowiada 1 błyskowi z urządzenia PEACH™ 2). Wykonać próbę uczuleniową w sposób opisany poniżej w sekcji “Metody leczenia”, w punkcie “Stamp Mode”. Po przeprowadzeniu testu punktowego należy odczekać 24 godziny, aby upewnić się, że skóra kwalifikuje się do zabiegu i nie wystąpiła niepożądana reakcja na działanie energii świetlnej. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi reakcja, można przystąpić do zabiegu na obszarze wokół testu punktowego. Obszar poddany testowi **NIE** powinien być ponownie poddawany zabiegowi przez co najmniej 2 tygodnie. Jeśli wystąpi reakcja skórna, należy przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

WYKONYWANIE ZABIEGU

Obszar poddawany zabiegowi musi być pozbawiony włosów, oczyszczony i suchy. Przed naciśnięciem przycisku włączającego lampę błyskową należy odwrócić wzrok od urządzenia, aby uniknąć jasnego światła. W rzadkich przypadkach może się okazać, że lampa błyskowa jest zbyt jasna. Nie wiąże się to jednak z żadnym ryzykiem dla bezpieczeństwa. Dla zwiększenia komfortu zalecamy przeprowadzenie zabiegu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby

zmniejszyć odczuwalną jasność. Zalecamy noszenie okularów przeciwsłonecznych w celu dodatkowej ochrony oczu podczas korzystania z urządzenia do usuwania włosów na twarzy.

GLIDE MODE

Służy do szybkiego i efektywnego zabiegu na dużych powierzchniach - takich jak nogi, ramiona, klatka piersiowa, plecy i brzuch

1. Przyłóż okno zabiegowe mocno do skóry i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk flash. Urządzenie zacznie migać.
3. Przesuwaj urządzenie powoli i nieprzerwanie od dołu do góry obszaru zabiegowego.
Upewnij się, że zawsze utrzymujesz pełny kontakt ze skórą, aby urządzenie błyskało w sposób ciągły.
4. Po zakończeniu przesuwania urządzenia, należy je zdjąć z obszaru poddawanego zabiegowi.
5. Powtórz zabieg na kolejnym obszarze, wykonując ruchy równoległe, aż do zakończenia zabiegu na całym obszarze.

STAMP MODE

Do zabiegów na małych lub trudno dostępnych obszarach - takich jak twarz, linia bikini i pachy

1. Umieść okno zabiegowe mocno na skórze i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i natychmiast puść przycisk flash. Urządzenie wyemituje błysk.
3. Podnieś urządzenie ze skóry i umieść je na kolejnym miejscu, które ma zostać poddane zabiegowi.
4. Kontynuuj kurację punkt po punkcie, aż do zakończenia zabiegu na całym obszarze.

UWAGA:

- Okno zabiegowe w urządzeniu PEACH™ 2 musi być w pełnym kontakcie ze skórą, w przeciwnym razie lampa błyskowa nie będzie działać.
- Aby PEACH™ 2 działał skutecznie, należy stosować go równomiernie na całej skórze, nie pomijając żadnych miejsc. Upewnij się, że nie pominięto żadnego miejsca, umieszczając okienko zabiegowe bezpośrednio obok poprzednio poddanej zabiegowi okolicy, nie pozostawiając żadnych odstępów pomiędzy obszarami. Upewnij się jednak, że nie

wykonujesz błysku na tym samym obszarze więcej niż raz. Nie poprawia to skuteczności zabiegu, a wręcz przeciwnie może zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.

- W przypadku odczuwania silnego bólu należy natychmiast przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.

HARMONOGRAM ZABIEGÓW PEACH™ 2

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, urządzenie powinno być stosowane raz na 2 tygodnie przez 12 tygodni, aby wszystkie cebulki włosów zostały poddane zabiegowi.

Po zakończeniu początkowej fazy terapii (raz na 2 tygodnie przez 12 tygodni), aby utrzymać rezultaty, zalecamy stosowanie urządzenia raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb.



Always wait 14 days before treating the same area again

- Zabieg należy wykonać w ciągu 3 dni przed lub po planowanej dacie zabiegu. Jeśli nie wykonałeś zabiegu w ciągu 3 dni przed lub po planowanym terminie zabiegu, ponownie rozpocznij fazę wstępną.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Po zabiegu zawsze należy wyłączyć urządzenie poprzez wyjęcie wtyczki zasilającej z urządzenia i gniazdka elektrycznego.

Po każdym użyciu należy dokładnie przetrzeć okno zabiegowe lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Szczególnie ważne jest, aby utrzymać przód urządzenia i lampę w czystości bez zanieczyszczeń, aby uzyskać maksymalną wydajność.

OSTRZEŻENIE: Okno zabiegowe może się nagrzewać podczas użytkowania. **NIE** dotykaj ani nie czyść okna zabiegowego przez co najmniej 5 minut po użyciu, aby pozwolić mu ostygnąć.

UWAGA:

- Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

- Należy uważać, aby woda nie dostała się do żadnych otworów w urządzeniu, w tym do kanałów chłodzących skórę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do prądu. - Twoje urządzenie jest zablokowane. Aby je odblokować, zarejestruj swoje urządzenie poprzez aplikację FOREO (instrukcje powyżej w sekcji "Jak korzystać")
Przycisk flash nie działa.	- Upewnij się, że okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie ze skórą. - Odłącz urządzenie. Następnie podłącz je z powrotem.
Urządzenie nie chce się zsynchronizować z aplikacją FOREO.	- Wyluź i ponownie włącz Bluetooth, aby spróbować ponownie nawiązać połączenie. - Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa. - Sprawdź, czy aplikacja wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami urządzenia mobilnego.
Urządzenie, okno zabiegowe, zasilacz lub kabel są uszkodzone, złamane, pęknięte lub wyglądają na wadliwe.	NIE UŻYWAĆ. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa urządzenia lub podejrzewasz, że jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie wolno go używać. I należy zwrócić się do działu obsługi klienta na stronie internetowej.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje konkretne pytanie lub masz inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się za pośrednictwem aplikacji FOREO For You lub odwiedź stronę foreo.com/product-registration, by uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty zakupu na uszkodzenia spowodowane wadliwym wykonaniem urządzenia. Gwarancja obejmuje części zamienne, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona kosmetycznych uszkodzeń spowodowanych

normalnym zużyciem lub uszkodzeń spowodowanych przez wypadek, niewłaściwe użycie lub zaniedbanie. Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia (lub jego akcesoriów) powodują unieważnienie gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia firmy FOREO w okresie gwarancyjnym, firma FOREO, według własnego uznania, wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia w ramach gwarancji muszą być poparte racjonalnymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez okres jej trwania.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie stanowi dodatek do ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich posiadających systemy segregacji odpadów).



EUROPEAN
CONFORMITY

UK DECLARATION OF
CONFORMITY



POLARITY
OF DC
POWER
CONNECTOR



FEDERAL
COMMUNICATIONS
COMMISSION
CONFORMITY

TYPE BF APPLIED
PART



CLASS II
EQUIPMENT



PACKAGING IS MADE
OF RECYCLABLE
MATERIAL

~~GARBAGE~~ WASTE ELECTRICAL &
ELECTRONIC EQUIPMENT
DIRECTIVE

CONSULT
INSTRUCTIONS
FOR USE

Tego urządzenia nie należy traktować jako odpadu z gospodarstwa domowego, tylko oddać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomożesz przeciwdziałać potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego

urządzenia. Recykling materiałów pomoże również w ochronie zasobów naturalnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów komunalnych.

OŚWIADCZENIE FCC:

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w pracy urządzeń. Może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

DANE TECHNICZNE

PEACH™ 2 to system szerokopasmowego Intensywnego Światła Pulsacyjnego o następujących parametrach technicznych:

Szybkość powtórzeń	0.5 - 1s
Długość impulsu	Free discharge 3ms
Maks. wyjście optyczne	7.3 J/cm²
Długość fali	550 - 1100nm

Zasilanie	100 - 240V, 50/60Hz 3A
Temperatura pracy	od 5 +40 Stopni Celcjusza
Wilgotność podczas pracy	od 40% do 80%
Ciśnienie operacyjne	od 800 do 1,060 hPa
Obszar zabiegowy	9cm ²

WARUNKI TRANSPORTU

Temperatura	od -10 do +50 Stopni Celcjusza
Wilgotność	od 30% do 80%
Ciśnienie	od 500hPa do 1,060hPa

Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze wykraczającej poza podany zakres, to przed użyciem należy odczekać co najmniej 30 minut, aby umożliwić aklimatyzację urządzenia.

PEACH™ 2 ma nieograniczoną liczbę błysków i jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Minimalny oczekiwany okres użytkowania wynosi 10 lat przy przestrzeganiu zalecanego sposobu pielęgnacji.

Oznaczenie CE poświadczą, że to urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywa o produktach związanych z energią 2009 / 125 / EC.

To urządzenie jest zgodne z najnowszymi normami EMC i poprawkami mającymi zastosowanie do urządzeń domowych i medycznych. Są to: EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-

2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020

To urządzenie jest zgodne z najnowszymi Normami Bezpieczeństwa i poprawkami mającymi zastosowanie do Urządzeń Gospodarstwa Domowego i Urządzeń Medycznych. Są to: IEC 60335-1:2010

+ Ams, IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012

+A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11:2015+ Ams, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

©2023 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SZWECJA

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC, 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119,

USA. WYPRODUKOWANO DLA: FOREO AB. ZAPROJEKTOWANY PRZEZ: FOREO SWEDEN.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W AUS: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA. WYPRODUKOWANY PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO, LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY

